

17. TEKNİK ŞARTNAMESLER

Malzeme Adı	Teknik Özellikleri
Human Papilloma virüs PCR	<ol style="list-style-type: none">1. HPV 16, 18 ve diğerlerini tespit edebilmelidir.2. RotoGene Q cihazı ile uyumlu olmalıdır.3. Kutu içerisinde 72 test içermelidir.4. Orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır.5. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 (bir) yıl olmalıdır.
Otomatik Virüs İzolasyon Kiti	<ol style="list-style-type: none">1. EZ1 cihazı ile uyumlu olmalıdır.2. Kutu içerisinde 48 test içermelidir.3. Orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır.4. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 (bir) yıl olmalıdır.
Probe PCR Kit	<ol style="list-style-type: none">1. Az sayıda kopya içeren örneklerin saptanması için duyarlı olmalıdır2. Template'in kantitatif değer vermesi için kullanılmaya uygun olmalıdır3. Herhangibir Reel Time PCR cihazında sekansa özgü probelar ile kullanılabilir olmalıdır4. uracil-N-glycosylase (UNG) ile yada uracil-N-glycosylase (UNG)'sız kullanıma uygun olmalıdır5. Reaksiyon veya siklus ile optimizasyona gerek olmadan çalışmalıdır6. 4 C derecede saklanmalı ve uygun koşullarda teslim edilmelidir.7. 50 ul'lik hacimde en az 200 reaksiyon kurmak için yeterli olmalıdır
Primer Profiller PCR	<p>Forward :CAACACAACAGCCTTCCGTG Reverse :ACCTTCCTCGTCTTCTTCGC Forward : ATGAGTGTCCTTAAGTGCATCCAA Reverse : TTAGTCGGCATAAACTACCTTAGA Forward :CATTGAATTTATTCGTTCAAAATT Reverse : TTATTCAATGTATGTAACCTTTCT Forward : ATTGTGGAACATTGGTCTTACCCTC Reverse :TCTGTGCCGTCTTCAAGTATGC</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verilen primerler proje yöneticisine ait olmalı ve başka hiçbir araştırmacıya satışı yapılmamalıdır. Ayrıca daha önce başka çalışmalarda kullanılan primerler özgünlük açısından kabul edilmeyecektir.

	<ol style="list-style-type: none">2. Dizi yüklenici firma tarafından gizli tutulmalıdır.3. Gen bölgesinden sentezlenecek primer dizilerinin sentezlenmesini firma yapacak ve optimize oluncaya kadar teknik destek sağlayacaktır.4. Verilen primerler çalışmazsa firma tekrar yeni bir dizayn ve sentezleme yapmak durumundadır.
--	--