


## RODAJLI LAM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 75x25x1.0 mm boyutlarında olmalıdır. 50'lik ambalajda olmalıdır.
2. Kenarları iyi traşlanmış, çapaksız ve uçları künkt kesimli olmalıdır.
3. Yüzleri çiziksiz, çatlaksız, temiz, berrak, tozsuz ve çapaksız, iyi kaliteli ve temiz, şeffaf camdan mamül, ayrıca kırılmaya dayanıklı olmalıdır.
4. Her iki yüzüde rodajlı olmalıdır.
5. Mikroskopik incelemede lamm dokusunda çatlak ve artefaktlar olmamalıdır.
6. Rodajlı kısmına kurşun kalem ile kolay yazılabilmeli, bu yazılar kimyasal maddelerle dağılmamalı ve silinmemelidir.
7. Birbirine yapışmamalıdır, lamlar birbirinden kolayca ayrılabilir özellikte olmalıdır. Birbirine yapışan ayrılmayan ve bu nedenle kırılan lamlardan firma sorumlu tutulacaktır. Lamaların arasında pelurkağıt bulunmaması tercih sebebidir.
8. Ürün temin edilmeden önce Hematoloji Mikroskobü Laboratuvarında çalışan teknisyenler tarafından uygunluk verilmek üzere örnek numune gönderilmelidir.
9. Genel hükümler geçerlidir.


Prof. Dr. İsmet AYDOĞDU  


9. Ürün teslim tarihinde sonra en az 2 yıl miatlı olmalıdır.
10. Ürün en az 2 yıl raf ömrüne sahip olmalıdır.
11. Ürün Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra onaylanacaktır.
12. Teklif veren firma denemek üzere 1 lt'lik orijinal 3 (üç) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
13. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
14. Numunelerden 2 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
15. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

  
Feri Karadağ YALÇIN  
Sağlık Hizmetleri Müdürü

## HASTA KOL BANDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kol bantları yumuşak anti alerjik PVC malzemedен yapılmış olmalıdır.
2. Kol bandında barkod yapıştırmak için kart ve bu kartın konulacağı bir cep bulunmalıdır.
3. Kol bandına yapıştırılacak barkod, PVC malzemenin içinde optik okumaya uygun olmalıdır.
4. Optik okuyucu tarafından okunamayan kol bantlarının yerine yenisinin verileceği taahhüt edilmelidir.
5. Kol bantları bileğe takıldıktan sonra esneyip çıkmamalıdır.
6. Kol bandındaki çit çit kilitlendikten sonra açılmamalıdır.
7. Kol bandı boyu 24 cm, kol bandının kart koyma bölümü 8x3,5 cm ve kol bandı kartının ölçüsü 7x3 cm olmalıdır.
8. Kol bantları idarenin belirleyeceği renklere göre yapabilmelidir.
9. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle her bir numaradan en az 5 adet numune bırakılmalıdır.
10. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
11. Numunelerden 2 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
12. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

  
Belgin ÖZTEKİN  
Sağlık Hiz. Müd. Yrd.