

PULSE OKSİMETRE SENSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Embla N7000 tipi uyku kayıt ünitesine bağlanabilir olmalıdır.
- 2- Oksimetre sensörü büyükler için tekrar kullanılabilir özellikte olmalıdır.
- 3- 100 cm uzunlukta olmalıdır.
- 4- Oksijen satürasyonu ve nabızı ölçebilir olmalıdır.

Prof. Dr. Hikmet YILMAZ
CBÜ Nöroloji A.B.D.
Dip No: 4768