

LİNEER KESİCİ STAPLER 75 MM

1. Disposable olmalıdır
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Aynı anda altı sıra zımba atma, hem de bunların ortasını kesme için kullanılmalıdır.
4. Stapler steril paket içerisinde kartuşsuz olmalıdır.
5. Stapler oniki kez kartuş yüklenebilir olmalıdır.
6. Stapler ateşleme kolu her iki yönden ateşleme yapmaya uygun bir mekanizmaya sahip olmalıdır.
7. Stapler, üzerindeki skala aracılığıyla ateşlenecek kartuşun kapalı bacak uzunluğunu ateşleme öncesi kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir. Stapler 3 farklı kapalı zımba bacak boyuna kapama yapabilmelidir.
8. Stapler en az 78 mm kesi hattı, en fazla 81 mm kapama hattına sahip olmalıdır.
9. Boş kartuş ile doku travması olmaması için, kilitlenme özelliği olmalıdır.

Prof. Dr. Yamaç ERHAN
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi A.D.
Dip. No: 476