

## LİNEER KESİCİ STAPLER 55 MM

1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Aynı anda hem altı sıra zımba atma, hem de bunların ortasını kesme işi yapmalıdır.
4. Stapler kartuşsuz olarak gelmelidir.
5. Stapler oniki kez kartuş yüklenebilir olmalıdır.
6. Stapler ateşleme kolu her iki yönden ateşleme yapmaya uygun bir mekanizmaya sahip olmalıdır.
7. Stapler, üzerindeki skala aracılığıyla ateşlenecek kartuşun kapalı bacak uzunluğunu ateşleme öncesi kullanıcı tarafından ayarlanabilir özellikte olmalıdır. Stapler 3 farklı kapalı zımba bacak boyuna kapama yapabilmelidir.
8. Stapler 58 mm kesme 61 mm kapama yapma özelliğine sahip olmalıdır.
9. Boş kartuş ile doku travması olmaması için, kilitleme özelliği olmalıdır.

Prof. Dr. Yamaç ERHAN  
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Genel Cerrahi A.D.  
Dip. No: 476