TEKNİK ŞARTNAME

SİSTEKTOMİ SONRASI STENTİ

1- Stent 100% ısı duyarlı poliüreten materyalinden üretilmiş olmalıdır.
2- Stent materyali sayesinde hasta toleransı mükemmel olmalıdır.
3- Stent materyali sayesinde taşlaşmaya karşı yüksek direnç sağlamalıdır.
4- Stent en az 12 ay hasta içerisinde kalabilmelidir.
5- Stent tek pigtail ve iki ucu açık olmalıdır.
6- Stent set içeriği; 1 adet poliüretan üreteral simple J stent, 1 adet teflon kaplı 0.035" kılavuz tel ve 1 adet hasta takip kartı bulunmalıdır.
7- Stent 6-7-8 Fr çapınlarında ve en az 90 cm uzunluğunda olmalıdır. Firma istenilen çap ve uzunluğu sağlayabilmelidir.
8- Stent en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

