

	MIKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	SUT KODU	MAL ID
DÜŞÜK ISILI OFTALMIK KOTER KALEMI	10	ADET		YENİ KOD

Doç. Dr. Muhammed ALTINIŞIK  
MANİSA CELAL BAYRAK  
ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTESİ  
GÖZ HASTALIKLARI  
Bip. Tes. No: 153808

## DÜŞÜK ISILI OFTALMİK KOTER KALEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Göz cerrahisi için özel üretilmiş düşük ısıllı pilli el koteri olmalıdır.
- 700 °C sıcaklıkta koterizasyon yapmalıdır
- Uç kısmı loop şeklinde olmalıdır.
- Disposable koter sınıfı olan CE Sınıf IIb belgeli olmalı ve UTS kaydını bu belge üzerinden yapmalı
- Steril paketlenmiş olmalıdır.
- Katalog numarası ve markası yazılı olmalıdır.
- Kullanım sonrası çevre koruması açısından bitmiş kolay çıkarılmasını olanak sağlayan yapıya sahip olmalı, ve bu özellik orijinal kataloğunda gösterilmeli

Doç. Dr. Muhammed ALTINIŞIK  
MANİSA ÇELAL BAYAR  
ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
GÖZ HASTALIKLARI  
Tıp. Tes. No: 153808