

KATLANABİLİR HİDROFOBİK LENS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Monoblok (Tek Parçadan Mamül) hidrofobik akrilik'ten üretilmiş olmalıdır. Haptikler yapıştırma olmamalıdır.
2. Tamamen Hidrofobik Yapıda Optiğe Sahip Olmalı, kaplama olmamalıdır.
3. Sıvı ile doldurulmuş flakonlar içinde olmamalıdır.
4. Refraktif İndeksi 1,47 veya 1.55 olmalıdır.
5. Uv Koruyucu Olmalıdır.
6. Lenslerin su içeriği % 3'ten fazla olmamalıdır.
7. 6.0 mm optik çapında olmalıdır.
8. 13 mm. Toplam uzunlukta olmalıdır. Bu vazgeçilmez bir özelliktir.
9. Optik haptik düzlemi arasında açı olmamalıdır.
10. Haptikler modifiye L veya C olmalıdır.
11. EQ ile steril edilmiş olmalıdır.
12. Ön kamara derinliği 5,20 veya 5.40 olmalıdır.
13. A Sabiti 118,4 olmalıdır.
14. -6 +30 Dioptri aralığında Türkiye pazarında stoklu olmalıdır.
15. Lenslerle birlikte lens sayısı kadar disposable kartuş ücretsiz olarak verilecektir.
16. Lenslerin implantasyonu için 1 adet reusable enjektör sistemi kullanılmak üzere verilecektir.
17. Ürünün ulusal bilgi bankasında onaylı kaydı ihale dosyasında olmalıdır.
18. Kurum tarafından talep edilmesi durumunda 48 Saat içinde diyoptri değişimi ücretsiz olarak yapılacaktır.
19. Klinik Hekimlerinin talep etmesi durumunda aynı marka 3 Parçalı Lens ile istenilen dioptrilerde ücretsiz değişim yapılabilenlidir. Bu vazgeçilmez bir özelliktir.
20. Unfolder ve kartuş sistemi hasta güvenliği açısından teklif edilen lens ile aynı marka olmalı ve bunların ubb kaydı olmalıdır. Teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte UBB kaydı ve katalog vermelidirler.
21. Lenslerin miatları teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
22. Ürünlerin FDA onayının olması tercih nedeni olacaktır.
23. Lenslerin Numunesi İlgili Hekim Tarafından Denenerek Karar Verilecektir.
24. Teklif veren firmalar şartnameye madde madde cevap belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.