

İDRAR TOPLAMA KABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tam şeffaf olmalıdır.
2. 1 Litre hacminde olmalıdır.
3. 50-65 Gr. olmalıdır.
4. Üçgen ölçülerinde olmalıdır.
5. Ölçüleri: Yükseklik;15,5 cm, Genişlik; 11cm, Alt; 8,5 cm olmalıdır.
6. 50 ml. aralıklarla derecelendirilmiş olmalıdır.
7. Kullanılacak olan sisteme uyumlu olmalıdır.
8. Üroflowmetre sıvı kabı mıknatıslı olmalıdır.

Prof. Dr. Talha Müezzinoğlu