

ENZİMATİK ÖN TEMİZLEYİCİ VE DEZENFEKSİYON SOLÜSYONU SIVI 5 LT

- 1.Enzimatik solüsyon; beş enzimli (Amilaz, Lipaz, Proteaz,Selülaz,Karbokshidroilaz) ve orta düzey dezenfeksiyon maddesi içermelidir.
- 2.Enzimatik; güvenli, etkin, hızlı olmalı ve en kompleks malzemeyi bile temizleyebilmelidir.
- 3.Aldehitsiz dezenfektanlarla uyumlu olmalıdır.
- 4.Solüsyonun PH değeri nötr olmalıdır.
- 5.Solüsyon, cerrahi aletler, endoskoplar, kanüllü malzemelerde kan, mukoza, yağ, protein, nişasta, dışkı, gibi organik atıkları fırçalama ya da temizlik teli kullanmadan temizlemelidir. Özel kaplanmış metallere alüminyum'a, plastik'e, lastiğe fiber optik'e zarar vermemelidir.
- 6.Rahatsız edici koku olmamalıdır. Köpürmemeli/makul oranda köpürmelidir.
- 7.Solüsyon 5 litrelik ambalajında olmalıdır, ürün konsantre olmalıdır, ürün için dozaj pompası verilmelidir.
- 8.Üretim ve son kullanma tarihleri belirtilmelidir.
- 9.En az 2 yıl miadı bulunmalı. Malzemenin teslim tarihi itibariyle üretim tarihinden itibaren 6 aylık süre içinde teslim edilmiş olmalıdır..
10. Ürün manuel olarak, otomatik yıkama makinaları ve ultrasonik cihazlar vasıtası ile kullanılabilir. Her üç kullanımda da temizlik ve ön dezenfeksiyonu yapılan aletlere ve cihazlara zarar vermemelidir.
11. Ürün, endoskop markalarıyla (Fujinon,Pentax,Olympus,Storz vb) kullanıma uygun olmalıdır. Solüsyon kullanılan alet ve cihazlarda deformasyona, bozulmalara sebep olmamalı, endoskop ve kolonoskopların polimer yüzeylerine zarar vermemelidir. Bununla ilgili olarak TS 6773 korozyon raporu ile endoskoplar ve kolonoskopların polimer yüzeylerine zarar vermediğine dair Sağlık Bakanlığı Akredite Laboratuvarlarından yukarıdaki markalardan biri için alınmış raporlar ihale dosyasında sunulacaktır.
- 12.Solüsyonun yanında her beş litrelik ambalaj için bir adet mek test stribi çubuğu verilecektir. Stripler ürüne ait olacak, strip kutusunun üzerinde renk skalası olmalı, her konsantrasyon için ayrı ayrı etkinlik görülebilmelidir
- 13.Solüsyon kamu yararına ekonomik olması açısından %0.4 ile %3 konsantrasyonda kullanılabilir.
- 13.Ürün aldehit, fenol ve fosfat içermemelidir, %0,5 konsantrasyonda 5 dakikada temizliği ve 5 dakika da mikrobiyolojik etkinliği sağlamalıdır. Sağlık Bakanlığı akredite laboratuvarlarından alınmış %0,5 konsantrasyon da 5 dakikalık mikrobiyolojik etkinlik raporları ihale dosyasında sunulmalıdır.
14. Ürünün UBB kaydı olmalıdır.

ASLI DUMAN
Sorumlu Hemşire