


YETİŞKİN VE PEDIATRİK KRANIOTOM BIÇAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Hastanemiz ameliyathanesinde kullanılan Aygün marka SCOREN model yüksek devirli cerrahi motor sistemi M16-330 kraniyotom ataçmanında kullanıma uygun olmalıdır.
- 2.Kraniyotom bıçakları yetişkin ve pediatrik hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
- 3.Elceğe rahat takılabilmeli, guide içinde problemsiz kesim yapabilmelidir.
- 4.Paslanmaz çelik materyalden imal edilmiş olmalıdır.
- 5.Çok kullanımlık olmalı ve non-steril şekilde teslim edilmelidir.
6. UBB/ÜTS kaydı olmalıdır.

7. <u>Aygün Ref. Kod</u>	<u>ADET</u>
M14-344 (YETİŞKİN)	10 ADET
M14-343 (PEDIATRİK)	5 ADET


CELAL BAYAR UNIV. HAST.
Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D.
Prof. Dr. Yusuf KURBANLUS DURAĞSOY
Dok. No. 5497 BİP. Teş. No. 43492-69639

MALZEME/HİZMET ALIM İSTEK FORMU

(BEYİN CERRAHİSİ ANABİLİM DALI)

S N	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İstegenin yaklaşıklık kullanım süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Alım				
						Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı
1	M-14-344 (Yetişkin)	10	Adet	2 (ay)	Depoda yoktur					01/08/2015		
2	M-14-343 (Pediatrik)	5	Adet	2 (ay)	Depoda yoktur							
3												
4												
5												

Prof.Dr.Yusuf Kurtuluş Duransoy

Prof. Dr. İsmet TOPÇU

Başhekim

HİC GİÇER

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
HİPASA SÜLTANHANESİ
Prof. Dr. Yusuf Kurtuluş Duransoy
No: 5497
No: 1493-5988