

MALZEME/HİZMET ALIM İSTEK FORMU



(.....ÜROLOJİ SERVİSİ.....)

İstekte Bulunan Birim İsnit Yetkilisi

S N	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İstegin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu	(Varsa) En Son Alım				
							MAL ID	UBB	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı
1	SAKRAL SINIR STİMÜLASYONU İÇİN NÖROSTİMÜLATÖR	1	ADET	...12.. (ay)	AMELİYAT		YOK	YOK/...../201..	UR 1076	
			 (ay)				/...../201..		
			 (ay)				/...../201..		
			 (ay)				/...../201..		
			 (ay)				/...../201..		
			 (ay)				/...../201..		
			 (ay)				/...../201..		
			 (ay)				/...../201..		
			 (ay)				/...../201..		
			 (ay)				/...../201..		
Prof. Dr. Talha MÜezzinoğlu											
Üroloji Servisi											
Exp: 15.04.2017											
MUNİSİYESİ NH: 56312											

SAKRAL SİNİR STİMÜLASYONU İÇİN NÖROSTİMÜLATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Nörostimulatör Sistemi, elektrotlara nörostimülatör vasıtasıyla düşük voltajda elektrik akımı göndererek hedeflenen bölgenin uyarılmasını sağlayan tamamen implante edilebilir, dışarıdan programlanabilir bir sistem olmalıdır.
- 2) Nörostimulatör Sistemi, 1 adet nörostimülatör, 1 adet lead, 1 adet uzatma ve bağlantı kablosu, 1 adet hasta programlayıcısından oluşmalıdır.
- 3) Nörostimulatör, titanyumdan yapılmış olmalı, İnsan vücudunda alerji, enfeksiyon vb problemler yaratmayacak nitelikte olmalıdır.
- 4) Nörostimulatör, elektriksel parametreleri (frekans, amplitude, dalga genişliği) Doktor veya tıp teknikeri tarafından kolaylıkla harici bir el cihazı ile değiştirilebilmeli ve tekrar programlanabilmeli ve bu programlama işlemi için hastaya cerrahi bir işlem yapılmasına gerek olmamalıdır.
- 5) Nörostimulatör pili tükendiğinde değiştirme işlemi ek aksamaları (lead, uzatma vb) ellemeksizin sadece Nörostimülatörün kendisinin değiştirilmesi ile tedavinin devam etmesine imkan tanınmalıdır.
- 6) Nörostimulatör İnsan vücudunda alerji, enfeksiyon vb problemler yaratmayacak malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 7) Nörostimulatör ağırlığı 50 gr, Hacimi 25 cm³ den az olmalıdır.
- 8) Nörostimulatör, hastanın endikasyonuna bağlı olarak aşağıda belirtilen iki ayrı çalışma moduna programlanabilmelidir.
a-Cycling mod : Programlanan zaman aralıklarına göre gün içerisinde nörostimülatörün farklı modlarda otomatik olarak çalışması
b-Continous mod : Programlanan ayarda nörostimülatörün sürekli çalışması
- 9) Sistem steril ambalajında olmalıdır.
- 10) Uluslararası kalite güvence onayı olmalıdır.
- 11) Interstim Nörostimulatör ve hastaya teslim edilen programlayıcı veya kontrol miknatısı en az 24 ay (2 yıl) garantili olmalıdır.

MCBU Hafsa Sultan Hastanesi
Eğitim Üyesi
Ali Ç. ALBAZ
Diy. Tıp. No: 151397
Uzm. Tıp. No: 119963