

EKG KAĞIDI 110MM X140MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-EKG KAĞIDIN ÖLÇÜLERİ 110 mm ENİNDE(+05mm) 140mm (+05mm)BOYUNDA Z KATLAMALI OLMALIDIR.
- 2-EKG KAĞIDI 1 PAKET 'DE EN AZ 100 SAYFA OLMALIDIR. EKSİK TESLİM EDİLEN ÜRÜNLER YENİLERİ İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR.
- 3-EKG KAĞIDI TERMAL 70 GR KAĞITDAN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.İNCE GRAMAJ OLAN KAĞITLAR KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEKTİR.
- 4-TEKLİF EDİLEN KAĞIT ISIYA DUYARLI OLMALIDIR.KLINİĞİMİZDE KULLANILAN CİHAZLARA BİREBİR UYUMLU OLMALIDIR.
- 5-EKG KAĞIDI SCHILLING AMBALAJ İÇİNDE OLMALIDIR. AMBALAJ ÜZERİNDE KAĞIDIN ÖLÇÜLERİ UBB VEYA ÜTS KAYDI, HANGİ CİHAZ İÇİN KULLANILDIĞI BELİRTİLMELİDİR.
- 6-TEKLİF EDİLEN KAĞIT KULLANILACAK CİHAZIN KAFASINA ZARAR VERMEMELİDİR.
- 7-SENSÖR NOKTALARI YAZI YÖNÜNE OLMALI VE KESİNLİKLE SİLİK OLMAMALIDIR.
- 9-FİRMA 1 ADET NUMUNİYİ İLGİLİ BİRİMDEN CİHAZA UYGUNLUĞU TEST EDİLDİKTEN SONRA TESLİM EDECEKTİR.

NİSA CBÜ TIP FAK. HAS  
NİSİ FAK. HASTA  
Doç. Dr. Mustafa HAS  
Dok. Teş. No: 10151  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
Samsun