

Sheat Intraducer Set 8F Kısa (KR1061)

- 1-Kılıf uzunluđu en fazla 10cm uzunlukta, hemostatik valvli , dilatatör en fazla 15cm uzunlukta, guide wire 45cm uzunlukta 3 mm J curve'lü guidewire'dan oluşmalıdır.
- 2- Valv sheat' in yüzeyinden derin olmamalı ve çift kademeli olmalıdır.
- 3- Guide wire, vessel dilatör ve sheat arasındaki geçiş kademesiz (smooth transition) olmalıdır.
- 4-Sheat gövdesi kink yapmama özelliđi taşımalı ve sürtünmeyi azaltıcı hidrofilik madde ile kaplanmış olmalıdır.
- 5-Cilde tespit için dikiş halkasına sahip olmalıdır.
- 6- Introducer 0.038" guidewire ile kullanılmalıdır.
- 7-Sheath introducer seti tek tek steril paketlerde bulunacak ve steril tarihi üzerinde olacaktır.
- 8-18 G iđne ile kullanılmalıdır.
- 9-Sheat içinde kateter geçirildiđinde, kateterin kenarında kan sızmasını önleyecek 6 yapraklı özel bir valf mekanizması olmalıdır.
- 10- Malzemeler en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
- 11-Malzeme ÜTS'ye kayıtlı olmalıdır.
- 12- İhalenin uhdesinde kaldığı firma istenildiđi sayılarda 6F, 7F, 8F ölçülerini sağlamalıdır.
- 13- Kliniđin gereksinimine göre deđişme işlemleri yapılmalıdır.

Prof. Dr. Mustafa Ö. SOYLU
Cep Tıp Fakültesi
Dip. No: 5385
Dip. No: 5385