

Kılavuz Tel Koroner Diagnostik 0.032 inç Uzun 260 cm (KR1066)

Teflon kaplı flex uç 6cm, j curve 3mm olmalıdır. Paslanmaz çelikten yapıli ve politetraflor etilen (PTFE) kaplı fixed core özellikte olmalıdır.

Prof. Dr. Ozkan BATTURAN
CBÜKARDIYOLOJİ AD
55638 / 94256