

## EĐİK UÇLU 25 GAUGE ENDOLASER PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Teklif edilecek disposable endolaser problar Hastanemizin ameliyathanesinde bulunan laser cihazı ile uyumlu olmalıdır.
- Endolaser probların konektörü doğrudan lasere bağlanabilmelidir. Adaptör gerektiren problar kabul edilmeyecektir.
- Endolaser problar silica (cam) fiberden imal edilmiş olmalıdır. Plastik fiberli ürünler kabul edilmeyecektir.
- Teklif edilecek problar 25 Gauge (0,5 mm) ve eğik uçlu olmalıdır. Uç kısımlar kanülden geçmeleri için daha ince olabilir.
- Teklif edilecek probların el üniteleri alüminyumdan yapılmış olmalıdır. Plastik el üniteli problar kabul edilmeyecektir.
- Prob uzunluğu en az 275 cm olacaktır. Daha kısa problar kabul edilmeyecektir.
- Fiber çapı 100 mikron olmalıdır.
- Endolaser probların düşük cone açısı bulunmalıdır.

  
Doc. Dr. Muhammed ALTINIŞIK  
NANISA ÇELAL BAYAR  
ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
GÖZ HASTALIKLARI  
Dip. Tes. No: 153808

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MIKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	SUT KODU	MAL ID
1	25 GAUGE ENDOLAZER PROBU	30	ADET	GZ1124	58804

Doç. Dr. Muhammed AŞTIN İŞİK  
MANİSA ÇELİK BAYIR  
ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
GOĞ HASTALIKLARI  
Dipl. Ys. No: 153808