

LANSET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Ucu sivri ve keskin olmalıdır.
3. Lansetin keskin ucunun uzunluğu 3 mm. geçmemelidir.
4. Ürün steril ve tek kullanıma uygun olmalıdır.
5. 50'lik orijinal kutu içinde olmalıdır.
6. Ürün ambalajı üzerinde üretim, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
7. Ürün CE ve ISO 9001 uluslararası kalite kontrol belgelerine belgesine sahip olmalıdır.
8. Ürünün TITUBB'da (T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası) ya da ÜTS (ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ) kaydı bulunmalı, Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı olduğu belgelenmelidir.
9. Teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
10. Numune değerlendirilerek karar verilecektir.

Prof. Dr. Fatma TANELİ
Celal Bayar Univ. Tıp Fak.
Tıbbi Biyokimya A.D.
Dip. Tıp. No: 90433

Doç. Dr. Yeşim Güneç DEMİRAĞCI
Tıbbi Biyokimya A.D. Öğr. Üyesi
Merkezi Laboratuvar Koordinatörü