



### ZOLL REASUBLE STAT-PADZ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Zoll marka M2 Serisi model ile tam uyumlu ve aynı üreticinin orijinal parçası olmalıdır.
2. Reasuble (çok kullanımlık) olmalıdır.
3. Ped ile birlikte ara konnektör (çok kullanımlık) olmalıdır.
4. Reasuble pedin kullanılabilmesi için 12 adet jelli ped (tek kullanımlık) de verilmelidir.
5. Yetişkin boy olmalıdır.
6. Teklif veren firmanın üretici tarafından yetki belgesi bulunmalıdır.

  
Prof. Dr. Ömer TELİK  
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı  
Diploma Tescil No: 54017

## ZOLL PEDİATRİK STAT-PADZ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Zoll marka M2 Serisi ile tam uyumlu ve aynı üreticinin orijinal parçası olmalıdır.
2. Disposable (tek kullanımlık) olmalıdır.
3. Pediatrik boy olmalıdır.
4. Teklif veren firmanın üretici tarafından yetki belgesi bulunmalıdır. Yetki belgesi olmayan teklifler değerlendirilmeyecektir.

  
Prof. Dr. Ömer TETİK  
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı  
Diploma Tescil No: 54017