

## **PULSE OKSİMETRE SENSÖRÜ YAPIŞTIRMA BANDI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Embla marka PSG sistemleri oksimetre sensörüne uygun özellikte olmalıdır.
2. Hastaya doğru bağlanabilmesi için temsili parmak figurine sahip olmalıdır.
3. Kendinden yapışkanlı olmalıdır.
4. En az 25 lik paketler halinde satılmalıdır.
5. Üzerinde oksimetre probunun yerleştirilebileceği uygun delikler bulunmalıdır.

Prof. Dr. Hikmet YILMAZ  
GBÜ Nöroloji A.B.D.  
Dip No: 4768