KATETER, OKLÜZYON, TEKRAR LÜMENE GİRİM, GERÇEK LÜMENDEN GEÇİŞ

1)Kateter diagnostik ve girişimsel perifer işlemlerde zorlu lezyonlardan geçebilmek için özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.

2)0.014", 0.018 ve 0.035" kılavuz tel ile uyumlu seçenekleri olmalıdır.

3)65cm, 90cm, 130cm ve 150cm uzunluk seçenekleri olmalı ve tüm uzunluklarda 30 derece açılı ve düz uç seçenekleri olmalıdır.

4)Kateter örgülü yapıda olmalı ve çok yüksek itilebilirlik özelliğine ve tork kapasitesine sahip olmalıdır.

5)Destek gücünü artırmak için tapered şaft dizaynına sahip olmalıdır.

6)Trakabiliteyi artırmak için Hydrax hidrofilik kaplamaya sahip olmalıdır.

7)Emniyetli pozisyonlandırma için kateterin 5 mm'lik uç kısmı radyopak olmalı, distal kısmında 4 cm aralılarla 3 adet marker olmalıdır.

8)Tüm ölçüler 4F sheath uyumlu olmalıdır.

9) KV1278

Prof. Dr. Ömer TETİK
KALP DAMAR CERRAHİSİ ABD
BAŞKANI

Prof. Dr. Ömer TETİK
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Diploma Tescil No: [illegible]