

## UMBLİKAL KATETER ( 2.5, 3.5, 5.0 FR ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün yenidoğanın kan değişimi, santral venöz basınç izlenmesi, çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde ya da acil durumlarda sıvı ve ilaç vermek ve kan almak için imal edilmiş olmalıdır.
2. Ürün poliüreten, PVC veya silikondan imal edilmiş olmalıdır.
3. Ürünün tek lümenli olmalıdır.
4. Ürünün üzerinde 4( $\pm$ 1) cm ile 25( $\pm$ 1)cm arasında rakam veya derinlik çizgilerinin bulunduğu işaretler olmalıdır.
5. Ürünün ucu atravmatik olmalıdır.
6. Ürün en az 20 cm, en fazla 35 cm olmalıdır.
7. Ürün x-ray cihazında görüntülenebilir özellikte olmalıdır.
8. Ürün bağlantı hattından sızıntı yapmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
9. Ürünün silikon ve poliüreten türleri vücut ısısında yumuşamalıdır.
10. Ürünün distal ucunda serum setinin bağlanmasını sağlayan uzatması olmalı ve serum setine tam oturmalıdır.
11. Ürünün serum setine bağlanması için ek bir malzemeye ihtiyaç olmamalıdır.
12. Ürün steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
13. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgileri olmalıdır.
14. UBB ve UTS kaydı olmalıdır.
15. SUT KODU: **OR2440, OR2450**

Doç. Dr. Sema Torıvedı  
19801