

OTOKLAVLANABİLİR ALET TEPSİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Steril edilebilir plastik polyware ürünlerinden imal edilmiş olmalıdır.
2. Temizlemesi kolay, kan proteini yüzeyden kolayca çıkmalı ve kalıntı bırakmamalıdır.
3. Buhar(134C), Ethilen Oksit(EO), Hidrojen Peroksit (H2O2) steril edilebilmelidir.
4. Ürünün pürüzsüz köşeleri ve yüzeyleri olmalıdır.
5. Ölçüler 400x300x70 mm / 200x150x50 mm ($\pm 3-5$ mm)
6. Ürüne kullanıcılar tarafından denendikten sonra onay verilecektir.

Bahar ERDEMLİKANLI
Sağlık Hizmetleri Müdürü