

**PATOLOJİ ANABİLİM DALI İÇİN DOĞRUDAN TEMİNİ İSTENEN SARF MALZEMELERİ  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Sıra No	Malzeme	Şartname Özellikleri	Miktar	Birim
1.	<b>SPESMEN KABI</b>	1. Plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır. 2. Vida kapaklı olmalıdır. 3. Kapağı düzgün bir şekilde kapanmalıdır. 4. Şeffaf malzemeden üretilmiş olmalıdır. İçerisine konulan malzemeyi göstermelidir. 5. Kapak rengi <b>MAVİ</b> olmalıdır. 6. 30 ml hacimlere sahip olmalıdır. 7. Spesmen kabının ağız kısmı ölçüsüyle taban ölçüleri arasında çok büyük fark olmamalıdır. 8. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine (UTS) kaydı olmalıdır. 9. Paketler üzerinde ürüne ait bilgiler ile üretici firmaya ait bilgilerin yer aldığı bilgi etiketi olmalıdır. 10. Yerli malı belgesi, CE ve ISO Kalite Yönetim belgelerine (ISO 9001:2015 – ISO 13485:2016 – ISO 22716:2016) sahip olmalıdır. 11. Teklif ile birlikte muhakkak numune teslim edilmelidir. Numuneler değerlendirildikten sonra karar verilecektir. 12. Numune ile teslim edilen ürün arasında fark olmamalıdır.	1500	ADET
2.	<b>SPESMEN KABI</b>	1. Plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır. 2. Vida kapaklı olmalıdır. 3. Kapağı düzgün bir şekilde kapanmalıdır. 4. Şeffaf malzemeden üretilmiş olmalıdır. İçerisine konulan malzemeyi göstermelidir. 5. Kapak rengi <b>KIRMIZI</b> olmalıdır. 6. 30 ml hacimlere sahip olmalıdır. 7. Spesmen kabının ağız kısmı ölçüsüyle taban ölçüleri arasında çok büyük fark olmamalıdır. 8. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine (UTS) kaydı olmalıdır. 9. Paketler üzerinde ürüne ait bilgiler ile üretici firmaya ait bilgilerin yer aldığı bilgi etiketi olmalıdır. 10. Yerli malı belgesi, CE ve ISO Kalite Yönetim belgelerine (ISO 9001:2015 – ISO 13485:2016 – ISO 22716:2016) sahip olmalıdır. 11. Teklif ile birlikte muhakkak numune teslim edilmelidir. Numuneler	1000	ADET

Dr. Semir AYHAN  
Dip. No: 5373  
MCBÜTF  
Patoloji AD Başkanı

		değerlendirildikten sonra karar verilecektir. 12. Numune ile teslim edilen ürün arasında fark olmamalıdır.		
3.	<b>SPESMEN KABI</b>	<p>1. Plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır.</p> <p>2. Vida kapaklı olmalıdır.</p> <p>3. Kapağı düzgün bir şekilde kapanmalıdır.</p> <p>4. Şeffaf malzemeden üretilmiş olmalıdır.</p> <p>İçerisine konulan malzemeyi göstermelidir.</p> <p>5. Kapak rengi <b>BEYAZ</b> olmalıdır.</p> <p>6. 30 ml hacimlere sahip olmalıdır.</p> <p>7. Spesmen kabının ağız kısmı ölçüsüyle taban ölçüleri arasında çok büyük fark olmamalıdır.</p> <p>8. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine (UTS) kaydı olmalıdır.</p> <p>9. Paketler üzerinde ürüne ait bilgiler ile üretici firmaya ait bilgilerin yer aldığı bilgi etiketi olmalıdır.</p> <p>10. Yerli malı belgesi, CE ve ISO Kalite Yönetim belgelerine (ISO 9001:2015 – ISO 13485:2016 – ISO 22716:2016) sahip olmalıdır.</p> <p>11. Teklif ile birlikte muhakkak numune teslim edilmelidir. Numuneler değerlendirildikten sonra karar verilecektir.</p> <p>12. Numune ile teslim edilen ürün arasında fark olmamalıdır.</p>	3500	ADET
4.	<b>SPESMEN KABI</b>	<p>1. Plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır.</p> <p>2. Vida kapaklı olmalıdır.</p> <p>3. Kapağı düzgün bir şekilde kapanmalıdır.</p> <p>4. Şeffaf malzemeden üretilmiş olmalıdır.</p> <p>İçerisine konulan malzemeyi göstermelidir.</p> <p>5. Kapak rengi <b>KIRMIZI</b> olmalıdır.</p> <p>6. 60 ml hacimlere sahip olmalıdır.</p> <p>7. Spesmen kabının ağız kısmı ölçüsüyle taban ölçüleri arasında çok büyük fark olmamalıdır.</p> <p>8. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine (UTS) kaydı olmalıdır.</p> <p>9. Paketler üzerinde ürüne ait bilgiler ile üretici firmaya ait bilgilerin yer aldığı bilgi etiketi olmalıdır.</p> <p>10. Yerli malı belgesi, CE ve ISO Kalite Yönetim belgelerine (ISO 9001:2015 – ISO 13485:2016 – ISO 22716:2016) sahip olmalıdır.</p> <p>11. Teklif ile birlikte muhakkak numune teslim edilmelidir. Numuneler değerlendirildikten sonra karar verilecektir.</p>	2500	ADET

Dr. Semin AYHAN  
Dip. No: 5373  
MCBÜTF  
Bak. Batolaji AD Başkanı

		12. Numune ile teslim edilen ürün arasında fark olmamalıdır.		
--	--	--	--	--

Dr. Dr. Semih AYHAN  
Dip. No: 5373  
MOBÜT  
Tıbbi Patoloji AD Başkanı