

**GÖĞÜS BANTLI KABLOSUZ EKG CİHAZI HASTA KEMERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ:**  
(4 Adet) 4 ADET

1. Cihaz, Kardiyak Rehabilitasyon uygulamaları için tasarlanmış olmalı ve Kardiyak Rehabilitasyon EKG cihazı ile uyumlu olmalıdır.
2. Hasta kemeri, hastanemizde kullanılmakta olan, Kardiyak Rehabilitasyon Sistemi 3 Kanallı kablosuz ve elektrodsuz EKG alabilen cihaz için özel olarak üretilmiş olmalıdır.
3. Hasta kemerinin ebatları; Boy 600 mm ile 810 mm , Genişlik:30-35 mm olmalıdır.,
4. Hasta kemeri, tekrar kullanılabilir ve makinede yıkanabilir olmalıdır.


**A. Dr. Canan TIKIZ**  
Kardiolog Uzmanı  
Es. No: 53721  
Fes. No: 00192  
PTB ABD

# KPET SİSTEMİ VOLÜM SENSÖR TÜRBİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

## Vazgeçilmez Teknik Özellikleri

### 1 ADET VOLÜM SENSÖR TÜRBÜN

1. Volüm sensör türbünü, hastanemizde kurulu olan sistem/marka ile uyumlu olmalıdır.(Cortex Metalyzer 3B)
2. Volüm sensör türbünü, Kardiyopulmoner Egzersiz Test sisteminde kullanılan volüm sensör ile tam uyumlu olmalıdır.

  
Prof. Dr. Canan TIKIZ  
FTR ve Algoloji Uzmanı  
Tıp. Tes. No: 53721  
Algoloji Uz. Tes. No: 90192  
C.B.Ü. Tıp Fak. FTR ABD