

## TEMİZLEME JELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Eeg, uyku ve işitme tarama çalışmalarında kullanılabilir olmalıdır.
2. Kullanıldığı yerde iz ya da kalıntı bırakmamalıdır.
3. Cildi tahriş etmemelidir.
4. Kokusuz olmalıdır.
5. Alerji gibi yan etkileri olmamalıdır.
6. Neurosoft marka cihazlarla uyumlu olmalıdır.
7. Tüplerden her biri 114 gr ağırlığında olmalıdır.
8. Katkı maddeleri içermemelidir.
9. Jel ciltte oluşan yağ ve kirleri temizleyebilmelidir
10. Kliniğimizde kullanılmamış malzemeler için teklifle birlikte numune verilmelidir.

**Doç. Dr. Burak ÖLKÜMEN**  
KBB Hastalıkları Uzmanı  
Celal Bayar Univ. Tıp. Fak.  
Dip. No: Tcs. No: 65811 / 104465  
Dip No: 00M5063