

DERMATOM BIÇAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Hastanemizde mevcut Aygün marka M10-100 model dermatom cihazına uyumlu orijinal ürün olmalıdır.
- 2.Bıçak, paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı ve kesim ağzı tek taraflı açılanmış olmalıdır.
- 3.Bıçak üzerinde birbirinden farklı boyutlarda; iki yatay, bir dikey bıçak sabitleme perforeleri mevcut olmalıdır.
- 4.Tekli steril paketler içerisinde, bıçak koruma kılıfı ile teslim edilebilmelidir.
- 5.Teslim edilen ürünlerin son kullanma süreleri en az 2 yıl olmalıdır.
- 6.Denenerek uygunluk verilecektir, uygun olmayan ürünlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 7.UBB/ÜTS kaydı olmalı, teklifte belirtilmelidir.

Prof.Dr. Levent YOLERİ
Celal Bayar Univ. Tıp Fakültesi
Plast. Bk. Anabilim Dalı, Estetik
CERRAHI ANABİLİM DALI
Dip. Tes. No: 38782