

## COLLODİUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Collodium 1 litrelik şişeler içinde ve net 750 gr ağırlığında olmalıdır.
2. Oda sıcaklığında yoğunluğu yaklaşık 0,75 gr/ml olmalıdır.
3. %4 kolodyum çözünürlüğüne sahip olmalıdır.
4. Azot içeriği %12,6'dan fazla olmamalıdır.

Prof. Dr. Mikmet YILMAZ  
CBÜ Hıfsa Sultan Hastanesi  
Nöroloji AD  
Diyarbakir

## EEG PASTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. EEG pastası disk tipi EEG elektrotlarıyla kullanılabilir olmalıdır.
2. Suda eriyebilen ve yapışkan özellikte olmalıdır.
3. Polyoxethylene 20 Cetyl Ether ve yüksek elektrik iletkenliğine sahip olması için kalsiyum karbonat ve potasyum klorid içermelidir.
4. Net 400 gramlık ambalajlar halinde bulunmalıdır.

Prof. Dr. Mikmet YILMAZ  
CBÜ Hıfsa Sultan Hastanesi  
Nöroloji AD  
Diyarbakir