

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİMİ
1	TAŞINABİLİR VİDEO LARİNGOSKOPİ CİHAZI	ADET

VİDEO LARİNGOSKOPİ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz endotrakeal entübasyon işlemi için uygun tasarımda olmalıdır. Sistem; monitör/tablet monitör, bleyd, görüntü kablosu ve taşınır sehpadan oluşmalıdır.
2. Sistem ile verilecek bleydler çelik veya titanyumdan yapılmış olmalıdır.
3. Bleyd, standart Yetişkin Zor Havayolu bleydi boyutunda olmalıdır ve bleyd uç kısmı 20 mm'den dar olmalıdır. Ağız genişliği dar olan veya servikal immobilizasyonun mümkün olmadığı hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
4. Bleyd, ön dişlere fazla baskı uygulamaya gerek duymadan vokal kordları görüntüleyebilecek açığa sahip olmalıdır.
5. Bleyd standart temizlik prosedürleri ile tekrar tekrar kullanılabilir özelliklerde olmalıdır.
6. Bleyd ile bütünleşmiş kamera yüksek çözünürlükte olmalıdır.
7. Bleyd ışık kaynağı LED olmalıdır.
8. Kameranın ve LED ışık kaynağının ön kısmında buğulanmayı engelleyici anti-fog özelliği bulunmalıdır.
9. Monitör veya tablet monitör kolay açılmalı ve uyku modundan kullanıma hazır hale gelmesi en fazla 10 saniye olmalıdır.
10. Monitör veya tablet monitör dahili batarya ile en az 90 dakika çalışabilmelidir.
11. Monitör veya tablet monitör en az 6,5" boyutunda olmalıdır.
12. Monitör ve tablet monitör ile kayıt ve anlık fotoğraf çekimi yapılabilmelidir.
13. Monitör ve tablet monitör aldığı kayıtları kolay bir şekilde harici bir depolama birimine ya da bulut platformuna aktarabilmelidir.
14. Sistem ile birlikte seyyar taşıma arabası verilmelidir.