

ULTRASON JELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Jel Formoldehit veya herhangi bir toksik madde içermemelidir.
2. Jel hipoallerjik olmalıdır.
3. Renksiz, kokusuz ve şeffaf olmalıdır.
4. Jel su bazlı olmalıdır.
5. Aşırı akışkan olmamalıdır.
6. Çabuk kurumamalıdır.
7. Kolay temizlenebilir olmalıdır.
8. Çabuk kurumamalıdır.
9. Yeterli ve uygun kayganlığa, ses geçirgenliğine sahip olmalıdır.
10. Diagnostik özelliği bozacak, artefakt yaratacak maddeler içermemelidir.
11. Jel ultrason cihazlarının problemlerinde kullanıma dair herhangi bir zarar oluşturmamalıdır.
12. Jel 1000 ml uygun ambalajda olacak şekilde paketlenmiş olmalıdır.
13. Jel geniş spektrumdaki tüm frekanslar için akustik olarak doğru sonuç vermelidir.
14. Jel bakteristatik ve de sensitiviteye yol açmayan bir formülden üretilmiş olmalıdır.
15. Teklif veren firma denemek üzere orijinal (iki) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir. Ürün denendikten sonra onay verilecektir.
16. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
17. Numunelerden 1 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
18. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.


Ferya Karadağ
Sağlık Hizmetleri Müdürü