

## KAYGANLAŐTIRICI (CATHEJEL) JEL TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. Kateter kayganlaőtirici bileŐiminde lokal anestetik etkisi olan lidokain (%2) içermelidir.
2. Steril edilmiŐ orijinal tekli ambalajda olmalıdır.
3. Sıkma iŐlemini kolaylaőtıran en az 3 ml lik enjektör-körük-v.b. ambalaj içinde olmalıdır.
4. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 3 adet numune bırakılmalıdır.
5. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
6. Numunelerden 1 tanesi Őahit numune olarak saklanacaktır.
7. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

Canan ERDELIKANLI  
Saėlık Hizmetleri Müdürü