

TUR UÇLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz ameliyathanesinde kullanılan Aygün marka SCOREN model yüksek devirli cerrahi motor sistemi piyasemenlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 2.Elceęe rahat takılabilmeli, problemsiz işlem yapabilmelidir.
- 3.Paslanmaz çelik Rosen, High speed Tungsten ve diamond materyallerden imal edilmiş olmalı ve bu özelliklerde seçilebilmelidir.
4. Tur uçları çok kullanımlık olmalı ve non steril şekilde teslim edilmelidir.
5. UBB/ÜTS kayıtları olmalıdır.

6. Ref kod:	Adet:
M14-456	6 Adet
M14-907	6 Adet
M14-913	3 Adet
M14-496	3 Adet


C.B. Hastanesi
Prof. Dr. Cüneyt TEMİZ
Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D.
Diy. No 9103
Diy. Tesc. No 41907-62298