

Aval

(2 adet)

INTRODUCER' LI SANTRAL VENÖZ KATETER ŞARTNAMESİ

1. Kateter, Pulmoner Arter Kateter uygulamaları için gerekli 8,5F Introducer ile Santral Ven uygulamaları için gerekli 3 yollu Santral Venöz Kateter özelliklerini bir arada yapabilen komple bir set olmalıdır.
2. Kateter, 8,5F 11 cm, 3 lümenli radiopak yapıda poliürethandan imal edilmiş olmalıdır.
3. Kateterin, Distal lümeni 8,5F, Proximal lümeni 16 G, Medial lümeni 16 G yapıda olmalıdır.
4. Set içine bulunan kateter anti mikrobial özellikte ilaç ve heparin kaplı olmalıdır.
5. Kateterin, Distal lümeninde otomatik hemostas (Anti-Bleedback Septum) valfi bulunmalıdır. Bu valfe introducer uygulamaları için introducer valfli , klempli ve 3 yollu musluk içeren 1 adet interlink takılabilmelidir.
5. Kateterin üzerinde suture sabitleme yerleri ve suture ringi bulunmalıdır.
7. Setin içinde aşağıdaki malzemeler bulunmalıdır.
 - a. 1 adet 8,5F, 3 Lümenli kateter,
 - b. 1 adet vessel dilatatör,
 - c. 1 adet introducer valfli, klempli Interlink,
 - d. 1 adet 3 yollu musluk,
 - e. 1 adet Swan-Ganz kateter için kontaminasyon kılıfı,
 - f. 1 adet 0,035" x 45cm uzunluğunda , uç kısmı J tip guide wire bulunmalıdır. Bu guide wire tek el prensibi ile kullanıma olanak sağlayan özel kılıf içermelidir.
 - g. 3 adet kapak ,
 - h. 1 adet # 11 numara blade,
 - i. 1 adet 5cc, 1 adet 3cc enjektör,
 - j. 1 adet 22G, 1 adet 18G iğne
7. Set, E.O. ile steril edilmiş, disposable yapıda olmalı ve üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır.


Prof. Dr. Kerem ERBÜYÜN
Dip. Tez. No: 24313-84082
C.Ü. T.F.
Anestezi ve Reanimasyon A.D.