

| SIRA NO | MALZEMENİN ADI                                  | MİKTAR<br>1 | ÖLÇÜ<br>BİRİMİ | SUT KODU | MAL ID |
|---------|-------------------------------------------------|-------------|----------------|----------|--------|
| 1       | LAKRİMAL İNTÜBASYON SETİ (TÜM ŞEKİL VE ÖZELLİK) | 100         | ADET           | GZ1206   | -      |

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN  
M.C.E.L.Tıp Fakültesi  
Göz Hastalıkları A.D.  
Diy. Tss. No: 130161

## DAKRİOSİSTORİNOSTOMİ (DSR) SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Oftalmik cerrahi için üretilmiş olmalıdır.
- 2.DSR ameliyatlarında lakrimal drenaj yolunun silikon entübasyonu amacıyla üretilmiş olmalıdır.
- 3.Probu paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
- 4.Probun boyutları yaklaşık 0,90 mm\*4.5 cm olmalıdır.
- 5.Tüpü silikondan yapılmış olmalıdır.
- 6.Silikon tüpünün uzunluğu yaklaşık 40 cm, çapı 0,80 mm olmalıdır.
- 7.Çelik proplar düz olmalı, açılı olmamalıdır.
- 8.TİTUBB kaydı bulunmalıdır
- 9.İhale sırasında numune getirilmesi gerekmektedir

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN  
M.C.E.Ü.Tıp Fakültesi  
Göz Hastalıkları A.D.  
Dip.Tes.No:130161