


HUMAN NEUROFILAMENT LIGHT CHAIN POLYPEPTIDE (NFL) KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Neurofilament light chain polipeptide (NFL) human insan örneklerinde çalışılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
2. NFL kit hassasiyeti en az 1 pg/mL ve ölçüm aralığı 3-200 pg/mL veya daha geniş bir aralık olmalıdır.
3. Teklif edilecek kitler (kalibratörler, kontrol serumları dahil) teslim tarihinden itibaren en az 6 ay miadlı olmalıdır.
4. Her test için yetecek kadar kontrol serumu, kalibratör, tampon çözeltisi, filtre, yıkama solüsyonu, dilüsyon reaktifleri, substrat reaktifleri, stop solüsyonları , elisa plate, standartlar ve kitin çalışması esnasında ve ön işlem esnasında gerekli olabilecek tüm malzemeler ücretsiz olarak verilmelidir.
5. Kitlerin içerisinde kontrol serumu kantitatif değerler içerecek şekilde bulunmalıdır.
6. Kitler enzim immün assay yöntemiyle ölçüm yapılmalıdır.
7. Kitlerin analiz sonrası çalışmaması halinde ihaleyi kazanan firma kiti yeni ve çalışan bir kit sağlamak zorundadır.

Prof. Dr. Fatma TANELİ



Doç. Dr. Serem Ayça

