

SÜRGÜ KILIFI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çevre dostu düşük yoğunlukta polyethylen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Kılıf, sürgü kullanımında hijyen sağlamak amacıyla dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Her poşette, rulo halinde 20 adet sürgü kılıfı bulunmalıdır.
4. Sürgü kılıfı istenildiğinde rulodan kolayca ayrılabilmelidir.
5. Kılıfın içinde 1 lt. su ve 350-450 ml'e ye kadar idrari emme kapasitesi olan powder of copolymers based on sodium acrylate içerikli pet bulunmalıdır.
6. Kılıfın üzerinde bulunan bağcıklar su geçirmez özellikte olmalıdır.
7. Kılıf sürgüye kolayca monte edilebilir, 45 x 65 cm(+3cm) özellikte olmalıdır.
8. Ürün üzerinde marka, imalatçı firma ve kullanımını gösteren resimli bilgiler bulunmalıdır.
9. Teklif veren firma denemek üzere orijinal 5 (beş) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
10. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
11. Numunelerden 2 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
12. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

Ferya Karadağ YALÇIN
Sağlık Hizmetleri Müdürü