

Manifold Kit Set (KR1149)

Set İeriđi : Koroner Anjio Seti (Üy yollu Manifold + Koroner Anjio Enjektörü + Opak ve Basın Bađlantı Seti)

Üzerindeki muslukların uzun kolları kapalı pozisyonda olacak şekilde ve 3 yollu rotating adaptörlü, sađ pozisyonlu, kristal saydamlıđında, en az 400 psi basına dayanıklı olmalıdır.

1- Set ierisindeki manifoldun 3 yollu musluklarının kullanım kolaylıđı bakımından kolayca ve yumuřak bir şekilde çevrilebilir olması gerekmektedir

2- Set ierisindeki anjio enjektörü 12 cc olmalıdır, bađlantıları steril pakette bađlantılı olarak teslim edilmelidir.

3- Set Steril paketlerde non-pirojenik olmalıdır.

4- Paketler üzerinde son kullanım tarihleri mevcut olmalıdır.

5- Teklif edilen ürünün CE belgesi mevcut olmalıdır.

Prof.Dr. Ali Rıza NİLGE
Kalp Hastalıkları Uzmanı
38576 - 37235

Otomatik Y Konnektör- Torquer- Yönlendirici Seti (KR 1145)

- 1- Girişimsel (PTCA STENT vb.) işlemler esnasında hemostas ve infüzyon amaçlı kullanılacaktır.
- 2-Ürün paketinde,bir adet üzerine uzatma hattı(30 cm. ve 50 cm.uzunluk opsiyonları bulunan)ve 3 yollu musluk monte edilmiş valfli Y-konnektör , kılavuz tel yönlendiricisi ve Torquer olmalıdır
- 3-Ürünlerin tümü sistemdeki hava kabarcıklarının görünmesine müsaade edecek oranda şeffaf yapıda olmalıdır.
- 4-Guide wire intraducer metal ucu künt kalınlığı 014 ve 0.021 kalınlığındaki kılavuz telin rahatça geçmesine müsaade etmeli ve boyu da en az 8 cm.olmalıdır.
- 5-Y-Konnektör valfi triküspit (üçlü) yapıda açılıp kapanmalı. çok damar müdahalelerinde uzun süreli ve tek hastada birkaç damara müdahaleye izin verecek şekilde dayanıklı olmalı ve deforme olmamalıdır.
- 6-Döndürülebilir (rotating) başlık vasıtası ile manuel, ayrıca döndürmeye ek olarak itme-çekme hareketiyle de kan akımı kısa sürede durdurulabilmeli ve kullanılacak malzemelerin rahatça geçişine müsaade edilebilmelidir.
- 7-Valf içi lümeni gerektiğinde kissing-ptca işlemine izin verecek genişlikte olmalıdır.
- 8-Ürünün teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl raf ömrü (miyadi) olmalıdır.
- 9-Malzemeler üts ye kayıtlı olmalıdır.

Dr. Ali Rıza BİLGE
Astalıkları Uzmanı
08576 - 37235