

RENKLİ ALET TANIMLAMA TABAKASI

- ✦ Tabaka halinde olmalıdır.
- ✦ Bir tabakada en az 312 adet strip olmalıdır.
- ✦ Her bir tabaka üzerinde çeşitli boylarda kullanıma hazır stripler bulunmalıdır.
- ✦ Striplerin eni 6.35mm olmalıdır.
- ✦ En az 250 farklı renk alternatifi bulunmalıdır.
- ✦ Renkleri canlı olmalıdır.
- ✦ Yapıştırıldıkları yüzeyde en az altı ay süreyle stabil kalmalıdır. Kolay ayrılmamalıdır.
- ✦ Bantlar, buhar otoklavında sterilizasyona dayanmalı ve buhar geçişinin gerçekleşmesine olanak sağlamalıdır.
- ✦ Mikro-organizma üremesine olanak vermeyecek materyalden imal edilmiş olmalıdır.
- ✦ Kullanılacak bantların renkleri ve ara renkleri renk kataloğuna göre seçilecektir.
- ✦ Alımı yapılan renkleri firma tablo haline getirip kurumun belirlediği miktarda teslim edecektir.
- ✦ İhaleyi kazanan firma her 20 tabaka için 1 adet 400ml sökücü teslim etmelidir.

Prof. Dr. Ömer TETİK
Cela Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kalın Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Diploma Teserri No: 54017