

**10 MM'LİK ENDOSKOPIK PARÇALANABİLİR XL EKSTRA BÜYÜK BOY
ABSORBE OLMAYAN POLİMER LİGASYON KLİPS APLİKATÖRÜ
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- APLİKATÖRÜN ÇALIŞMA UZUNLUĞU 32.5CM OLMALIDIR.
- APLİKATÖR 10/11 MM TROKAR, GEÇİŞİNE GÖRE DİZAYN EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- APLİKATÖR TEK PARMAKLA 360° DÖNDÜRÜLEBİLİR OLMALIDIR.
- APLİKATÖRÜN HANDLE KISMI HEM-O-LOK XL KLİPS KARTUŞLARI GIBI ALTIN SARISI RENGİNDE OLMALIDIR.
- APLİKATÖR KOLAY TEMİZLEME VE ETKİLİ STERİLİZASYON İÇİN HANDLE, ŞAFT VE İÇ AKSAM ŞEKLİNDE ÜÇ PARÇAYA AYRILMALIDIR.
- APLİKATÖR WECK HEM-O-LOK XL (EXTRA BÜYÜK BOY/ALTIN SARISI) ABSORBE OLMAYAN POLİMER KLİPSLERİ İLE TAM UYUMLU OLMALIDIR.
- APLİKATÖR AĞIZINA HEM-O-LOK XL KLİPSLERİNİN AYAKLARI KLİK SESİ İLE TAM OLARAK OTURMALIDIR.
- KLİPS SON KAPAMAYI YAPMADAN ÖNCE APLİKATÖR ÜZERİNDE RAHATÇA HAREKET ETTİRİLEBİLMELİDİR.
- APLİKATÖRÜN VERİMLİ VE RİSKSİZ STERİLİZASYONU ÖNCEDEN VAKUMLANMIŞ BUHAR OTOKLAVINDA 132-135°DE 4 DAKİKA SÜRE İLE SAĞLANMALIDIR
- APLİKATÖRÜN UBB KAYDI BULUNMALIDIR.
- UBB KODU:24026704429848

Prof. Dr. Talha MÜEZZİNOĞLU
Üroloji Uzmanı
Dip. ve Uzm. No:6791 - 66312

**10 MM'LİK LARGE (BÜYÜK) BOY SÖKÜLEBİLİR ENDOSKOPIK POLİMER
ABSORBE OLMAYAN LİGASYON KLİPS APLİKATÖRÜ
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- APLİKATÖRÜN ÇALIŞMA UZUNLUĞU 32.5CM OLMALIDIR.
- APLİKATÖR 10/11 MM TROKAR GEÇİŞİNE GÖRE DİZAYN EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- APLİKATÖR TEK PARMAKLA 360° DÖNDÜRÜLEBİLİR OLMALIDIR.
- APLİKATÖRÜN ÜZERİNDE BULUNAN ÇEVİRME DÜZENEĞİ HEM-O-LOK L KLİPS KARTUŞLARI GİBİ MOR RENGİNDE OLMALIDIR.
- APLİKATÖR KOLAY TEMİZLEME VE ETKİLİ STERİLİZASYON İÇİN HANDLE, ŞAFT VE İÇ AKSAM ŞEKLİNDE ÜÇ PARÇAYA AYRILMALIDIR.
- APLİKATÖR WECK HEM-O-LOK L (BÜYÜK BOY/KOYU MOR) ABSORBE OLMAYAN POLİMER KLİPSLERİ İLE TAM UYUMLU OLMALIDIR.
- APLİKATÖR AĞIZINA HEM-O-LOK L KLİPSLERİNİN AYAKLARI KLİK SESİ İLE TAM OLARAK OTURMALIDIR.
- KLİPS SON KAPAMAYI YAPMADAN ÖNCE APLİKATÖR ÜZERİNDE RAHATÇA HAREKET ETTİRİLEBİLMELİDİR.
- APLİKATÖRÜN VERİMLİ STERİLİZASYONU ÖNCEDEN VAKUMLANMIŞ BUHAR OTOKLAVINDA 132-135°DE 4 DAKİKA SÜRE İLE SAĞLANABİLMELİDİR.
- APLİKATÖRÜN UBB KAYDI BULUNMALIDIR.
- UBB KODU:24026704429855

Prof. Dr. Talha MÜEZZİNOĞLU
Üroloji Uzmanı
Dip. ve Uzm. No:6791-66312