

ASETAT KALEM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Asetat kalemlerin uç kalınlığı küçük boy (S) olmalıdır.
- 2.Yuvarlak uçlu olmalıdır.
- 3.Mürekkep türü permanent olmalıdır.
- 4.Yazılar suya dayanıklı olmalıdır.
- 5.Yazı rengi siyah olmalıdır.

Doç. Dr. Yeşim Güvenç DEMİRAGCI
M.C.B.Ü. Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya A.D.
Dib. Tes. No: A1071 - 656/2



200 MİKROLİTRELİK SARI PİPET UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pakette 1000 adet olmalıdır.
2. Hacmi 20-200 mikrolitre arasında olmalıdır.
3. Polipropilenden yapılmış ve otoklavlanabilir olmalıdır.
4. Teklif edilen pipet ucu laboratuvarda kullanılan pipetlere uygun olmalıdır. Bunun için teklif veren firma denenmek üzere örnek numune bırakmalıdır.

Doç. Dr. Yeşim Güven DEMİRAGCI
M.C.B.Ü. Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya A.D.
Fzp. Tes. No: 61071 - 58447