

CERRAHİ MAVİ KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pamuklu kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
2. Haşılı kumaş olmalıdır.
3. Buhar otoklavında 134 C de steril edilebilecek özelliğe sahip olmalıdır.
4. Kumaş sık ve kalın dokunmuş olmalıdır.
5. Yıkandıktan sonra çekme özelliği en az olan kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
6. Rengi mavi olmalı ve solmayan özellikte olmalıdır.
7. Çekme payı 1 metrede 8-10 cm'den fazla olmamalıdır.
8. Kumaşın eni en az 150cm olmalıdır, 50 metrelik toplar halinde olmalıdır.

Prof.Dr. Artunur DEVECİ
Dekan