

## İDRAR TORBASI (İTME-ÇEKME) MUSLUKLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Medikal polyvinyl chloride (PVC) Üretilmiş olmalıdır.
2. Tek kullanımlık olmalıdır.
3. Milimetre ölçekli olmalıdır.
4. Üzerinde ölçek bulunmalı, ölçek doğru hacmi göstermelidir.
5. Sıvı toplama kapasitesi 2000 ml olmalıdır.
6. Torbanın üzeri 50 ml ve/veya 100 ml dereceli hacim ölçekleri olmalıdır.
7. Kullanımı kolay itme-çekme vanası olmalıdır.
8. Hortumun torba ile birleştiği kısımda, sıvının geri gitmesini engelleyecek bir çek valf sistemi bulunmalıdır.
9. Hortum ucunda sonda ile bağlantı yapabilecek kapaklı konik bağlantı konnektörü olmalıdır.
11. Askı için geniş çaplı delikleri olmalıdır.
12. Tamamen dolu iken askı deliklerinden asıldığında 24 saat dayanabilmelidir.
13. Bükülmeye dirençli hortum olmalıdır.
14. 6-150 mmHg ile kaçak ve sızdırma kontrolleri yapılmalıdır.
15. E.O Steril ile steril edilmiş olmalıdır
16. Ambalaj üzerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 3 yıl olmalıdır.
17. Teklif veren firma denenmek üzere 5 (beş ) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir. Ürün denendikten sonra uygunluk verilecektir.
18. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
19. Numunelerden 2 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
20. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır

15 JUN  
  
**Ferya Karadağ YALÇIN**  
Sağlık Hizmetleri Müdürü