

ANTIALERJİK ŞEFFAF FLASTER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mikro gözenekli olup havayı ve teri geçirebilmeli ve suya dayanıklı olmalıdır.
2. 5m×5cm ebatlarında olmalıdır.
3. Duyarlı ciltlerde bile kullanılabilirdir.
4. Alerji oluşturmamalıdır.
5. Çıkarıldığında cilt üzerinde yapışkan atık madde kalmamalı ve cildi tahriş etmemelidir.
6. Şeffaf satırlı olması nedeniyle uygulama bölgesi izlenebilir olmalı.
7. Kullanımı pratik olmalı enine, boyuna çok küçük ebatlarda dahi kolayca yırtılabilir olmalıdır. Flaster çok ince olmamalıdır. Koparıldığı nokta kaybolmamalıdır.
8. Isı ile yapışkanlık yapısı bozulmamalıdır.
9. Depoya teslim edilen malzemeler firmaya 1 (bir) ay önceden haber vermek kaydı ile miktarı ne olursa olsun firma tarafından uzun miadlılarla değiştirilebilmelidir.
10. Şartnameye bire bir uygunluk yazılı olarak taahhüt edilmelidir.
11. Malzemelerin fiyat teklifinde Sağlık Uygulama Tebliği kodlarının belirtilmesi zorunludur
13. Teklif edilecek UTS'ne kayıtlı olan malzemelerin UTS belgelerinin teklifinde sunulması gerekmektedir.



.Doç. Dr. Aysun TORAMAN
CBÜ. Tıp Fak. İç Hastalıkları AD
Nefroloji BD
Dip. Tes. No: 93482