

### Disposable Flexible Bronkoskopi Seti Şartnamesi ( İnce Model )

1. Bronkoskop uyumlu monitörü ile birlikte kullanılarak, akciğer yolunun optik görüntüsünü sağlamak ve endoterapi aksesuarları, aletleriyle birlikte kullanılmak üzere ve çapraz kontaminasyonları önlemek için tekli ambalajlarda steril olarak paketlenmiş olmalıdır
2. Bronkoskop yetişkin hastalarda kullanıma uygun, oral veya nazal yoldan yerleştirilebilir olmalıdır
3. Bronkoskop konektör, video kablosu, suction konisi, yönlendirme kolu, suction butonu, tutacak, biyopsi valfi, luer-lock tip konektör, çalışma kanalı, tüp koruyucu ve esnek yerleştirme tüpünden oluşmalıdır. Esnek yerleştirme tüpü güçlendirilmiş örgülü Pebax teknolojisine sahip olmalıdır
4. Bronkoskop seti endotrakeal tüp yerleşimi, çift lümenli endobronşiyel tüp ve endobronşiyel bloker pozisyonlaması, zor entübasyon ve endoskopi eşliğinde trakeostomi uygulamaları için tasarlanmış olmalı
5. Bronkoskop da modüle edilmiş emiş gücüne sahip suction valfi, hava geçirmez özellikte olmalı ve çalışma kanalında mekanik harekete sebep vermemelidir
6. Bronkoskop da suction konisi çalışma kanalı ile aynı hat üzerinde olmalı böylece daha az sesli çalışabilmeli, akış kaybını azaltabilmeli, sol veya sağ el ile kullanıma uygun olmalıdır
7. Bronkoskop çalışma kanalı ön kısımda yer almalı, lüer ve slip tip şırıngalar ile uyumlu olmalıdır, enstrüman veya şırıngayı çalışma kanalına sığdırmak için konektör veya aksesuar gerektirmeyen özellikte olmalıdır
8. Bronkoskop üzerindeki kısa yönlendirme kolu sayesinde ufak ele sahip kullanıcılar için bile kolay artikülasyon sağlamalı ve yüksek direnç sayesinde bir alet çalışma kanalındayken bile açıldırılmayı koruyabilmelidir
9. Bronkoskop esnek yerleştirme tüpü dış çapı en fazla 3,9 mm olmalıdır
10. Bronkoskop çalışma kanalı iç çapı en az 1,4 mm olmalıdır
11. Bronkoskop ucu aşağı ve yukarı yönlü defleksiyonu en az 220 derece olmalıdır
12. Bronkoskop en az 5 mm endotrakeal ve 35 fr çift lümenli tüpler ile kullanılabilir olmalıdır
13. Bronkoskop çalışma uzunluğu en az 605 mm olmalıdır
14. Bronkoskop tek kullanımlık, ETO ile steril edilmiş ve kullanıma hazır şekilde ambaljanlanmış olmalıdır
15. Bronkoskop ağırlığı 125 +/-5 gram olmalıdır
16. 5 adet bronkoskop ile beraber en fazla 1,8 kg ağırlığında uyumlu 10,1" mobil görüntüleme ekranı kullanım süresince kliniğe bırakılmalıdır.

Cocuk Yoğun Bakım Uzmanı  
Dr. Öğretim Üyesi  
Dr. Naciye ZENGİN  
B. Tes. No: 75768 Dip. Tes. No: 114060