

TORASİK KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme PVC'den yapılmış olmalıdır.
2. Toraks drenajı için kullanılacak kataterler 24,28, 32 ve 36 French çaplı olmalıdır.
3. Kataterlerin üzerinde radyopak işaret çizgisi bulunması gereklidir.
4. Dren üzerinde 3 bir tarafta 2 diğer tarafta olmak üzere toplam 5 delik olacaktır.
5. Kataterlerin distal uçları 3/8x3/8 konnektörlere adapte edilebilecek çapta olmalıdır.
6. Kateter üzerinde cm ölçüm skalası bulunmalıdır.
7. Eğri olması istenilen kataterler istenilen numaralarda eğri olarak teslim edilmelidir.
8. Çift ambalajlı steril olmalıdır.
9. GAMA ışını ve/veya Etilen Oksit ile steril edilmiş olacaktır.
10. Malzemenin üzerinde sterilizasyon yöntemi ve son kullanma tarihleri belirtilmelidir.
11. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi ez 3±1 yıl miadlı olmalıdır.
12. Teklif edilecek ürünlerin sağlık bakanlığı onaylı UBB kaydı olmalıdır.
13. Teklif veren firma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi istem yapan kliniğe teslim ederek onay almalıdır.
14. Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin UBB Lod numarası, SUT kodu ve barkod numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir.

KV1088

Prof.Dr. Ömer TETİK
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı

Prof. Dr. Ömer TETİK
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Diploma Tescil No 54017