

T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Teklif Mektubu


Sayı : 75602888.604.01.05-

09/03/2022

Konu : Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen Dr. Öğr. Üyesi Ali Uysal'ın 2021-035 projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler, 4734 sayılı KİK.nun 3.Maddesinin (f) bendi yarınca yapılacak alımlar için 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi **16/03/2022 saat 17.00'a** kadardır.

TEL: (236) 201 10 57 Dahili FAX : (236) 201 14 47 e mail : bap@cbu.edu.tr


Ömer VAROL
BAP Şube Müdürü

- 1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu "**Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Prof.Dr.İlhan Varank Yerleşkesi, 45040 MANİSA**" adresine gönderilmelidir. Teklifler faksla gönderilebilir ancak aslı **3(üç) gün içinde** mutlaka gönderilmelidir.
- 2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır. Teklifler TL olarak verilmelidir. Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı, oranı belirtilmelidir.
- 3- Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
- 4- Kimyasal sarf malzemelerinde, teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@cbu.edu.tr adresine mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (teknik şartnameye cevaplar, katalog ve resimler) eklenmelidir.
- 5- Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
- 6- Alternatif teklif verilmeyecektir. İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklifin süresi **en az 30 gün** olmalıdır.
- 7- Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır. Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlenmelidir.
- 8- Teklif mektuplarında "**Teknik şartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum.**" ibaresi yer almalıdır.
- 9- **2 kalemin tümüne teklif verilecektir. Kalem bazında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Ölçü Birim	Fiyatı	Tutarı TL	Özellikleri (Markası,Kodu)
1	PCI Veri Toplama Ve Veri Kartı İçin Kablo	1	adet			
2	PCI Veri Toplama Ve Veri Kartı İçin Konnektör Bloğu	1	adet			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
azıyla toplam tutar KDV Hariç.....				Toplam Tutar		
.....Türk Lirasıdır.				KDV %		
				Genel Toplam		

VERİ TOPLAMA VE KONTROL KARTI İÇİN KABLOYA AİT TEKNİK ŞARTNAMEDİR

Öncelik Sırası:

TALEP EDİLEN MALZEMENİN TAM ADI: VERİ TOPLAMA VE KONTROL KARTI İÇİN KABLO
VARSA Devlet Malzeme Ofisi STOK KODU
TALEP EDEN BİRİM-OKUL: MCBÜ HFT TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜH. BÖLÜMÜ
TALEP EDİLEN MİKTAR ve BİRİMİ (ADET/SET/TAKIM): 1
TESLİMAT YERİ (varsa Montaj yeri): MCBÜ HFT TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
TALEP EDEN YETKİLİLER-TELEFONLARI (İş-Cep) Dr. Öğr. Üyesi Ali UYSAL 0236 314 10 10/7721 – 0505 502 49 80 Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt KARAÇOR 0236 314 10 10/7726 – 0530 923 01 90
TEKNİK ÖZELLİKLER

Veri Toplama ve Kontrol Kartı için gerekli kablo özellikleri;

- 68pin erkek VHDCI ile 68pin dişi D-SUB uçlarına sahip olmalıdır,
- Korumalı çift bükümlü kablo olmalıdır,
- NI PCIe-6363 X serisi veri toplama ve kontrol kartı ile uyumlu olmalıdır,
- Uzunluğu en az 2m olmalıdır,
- National Instruments firmasına ait Giriş/Çıkış konnektör bloğuna uyumlu olmalıdır,
- Analog ve Dijital sinyal taşımaya elverişli olmalıdır,
- Tedarikçi firma distribütör ya da üretici olduğuna dair belgeyi sunmalıdır,
- Tedarikçi firmanın TSE hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır,
- Üretici veya distribütör firma garantili olmalıdır.

Talep Eden- İrtibat Kurulacak- Danışılacak
Yetkili

Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt KARAÇOR

Talep Eden- İrtibat Kurulacak- Danışılacak
Yetkili

Dr. Öğr. Üyesi Ali UYSAL

VERİ TOPLAMA VE KONTROL KARTI İÇİN KONNEKTÖR BLOĞUNA AIT TEKNİK ŞARTNAMEDİR

Öncelik Sırası:


TALEP EDİLEN MALZEMENİN TAM ADI: VERİ TOPLAMA VE KONTROL KARTI İÇİN KONNEKTÖR BLOĞU
VARSA Devlet Malzeme Ofisi STOK KODU
TALEP EDEN BİRİM-OKUL: MCBÜ HFT TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜH. BÖLÜMÜ
TALEP EDİLEN MİKTAR ve BİRİMİ (ADET/SET/TAKIM): 1
TESLİMAT YERİ (varsa Montaj yeri): MCBÜ HFT TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
TALEP EDEN YETKİLİLER-TELEFONLARI (İş-Cep) Dr. Öğr. Üyesi Ali UYSAL 0236 314 10 10/7721 – 0505 502 49 80 Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt KARAÇOR 0236 314 10 10/7726 – 0530 923 01 90
TEKNİK ÖZELLİKLER

Veri Toplama ve Kontrol Kartı için Konnektör Bloğu özellikleri;

- 68pin dişi(female) vidalı(screw) terminal ile 68pin dişi(female) D-SUB uçlarına sahip olmalıdır,
- Giriş/Çıkış terminal bloğu korumalı(shielded) olmalıdır,
- NI PCIe-6363 X serisi veri toplama ve kontrol kartı ile uyumlu olmalıdır,
- National Instruments firmasına ait sinyal taşıyıcı kablo ile uyumlu olmalıdır,
- Gürültü önleyici özelliğe sahip olmalıdır,
- Sahadan alınan analog/dijital sinyalleri DAQ kartına aktaracak kabloya bağlayan bir araç kutusu özelliğinde olmalıdır,
- Kapağı açılıp kapanabilir bir kutu şeklinde olmalıdır,
- Tedarikçi firma distribütör ya da üretici olduğuna dair belgeyi sunmalıdır,
- Tedarikçi firmanın TSE hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır,
- Üretici veya distribütör firma garantili olmalıdır.

Talep Eden- İrtibat Kurulacak- Danışılacak
Yetkili

Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt KARAÇOR



Talep Eden- İrtibat Kurulacak- Danışılacak
Yetkili

Dr. Öğr. Üyesi Ali UYSAL

