

## ELMAS UÇLU VİTREORETİNAL SÜPÜRÜCÜ

1. Tek kullanımlık olmalıdır. Paket üstünde kod numarası ce işareti ve markası belirtilmiş olmalıdır.
2. Alet ucu elmas tozu ile kaplanmış olmalıdır, Teklif edilen ürün steril çift blister ambalaj içinde, paketin nereden açılacağına dair ön ve arka yüzünde işaretler olmalıdır.
3. Sweeper ucu bozulma kırılma ve yamulmaya karşı ileri geri hareket mekanizmalı olmalıdır, bu durum vazgeçilmez bir özelliktir. Gövde elden kaymayı engellemek amacı ile pürüzlü yapıda olmalıdır.
4. Teklif edilen ürünün elcik bölümü 360 derece tutulabilme özelliğine sahip ve geniş açılı non kontakt mercek sistemleri mekanizmasına (Eye-Boss, Biom, Ruw, Resight vb.) çarpmamaları için kısaltılmış olmalıdır. Bu durum vazgeçilmez bir üstünlüktür.
5. 25G 0,6 mm ölçüsünde olmalıdır.

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN  
M.C.BÜ.Tıp Fakültesi  
Göz Hastalıkları A.D.  
Dip. Tes.No:130161

## Crescent bıçak

1. Bıçak göz mikro cerrahisinde kullanım için tasarlanmış olmalıdır.
2. 2,5 mm eninde uç kısmı yukarıya doğru 55 derecelik açığa sahip, bevel up, uç kenarı yuvarlatılmış ve güçlü olmalı bu sayede doku hasarı minimize edilmeli.
3. Tek tek steril paketlerde ve orijinal ambalajı içerisinde olmalıdır.
4. Bıçak tünel insizyonları oluşturmak amacıyla dizayn edilmiş olmalıdır.
5. Ameliyat esnasında kullanırken bıçağın sapındaki(handle) tutma yerinin elde kaymayı önleyecek şekilde dizayn edilmiş olmasıdır.
6. Ergonomik açıdan kullanıma çok uygun olmalıdır.
7. Mat ve yüksek kalitede paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı, mikroskop ve diğer ışıklar altında parlamamalı satinfinish (parlamayan) çelikten imal edilmiş olmalıdır ayrıca Bıçak sapları yansıma yapmayacak mat renge ve dizayna sahip olmalıdır.
8. Bıçağın sapının üzerinde milimetresi mutlaka yazılı olmalıdır.
9. Ambalajı saydam ve bıçağın ucu açık ve görünür olmalı ,kesinlikle koruyucu sünger ve bezeri maddelerle kapalı olmamalı.
10. Ürün, üzerinde malzeme muhteviyatı, üretici firma adı Ürüne ait üretim yeri sterilizasyon bilgileri, üretim tarihi ,son kullanım tarihi ve adresi orijinal baskılı olmalıdır , sonradan yapıştırma etiket olmamalıdır. Bu vazgeçilmez özellik ve tercih sebebidir.
11. Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
12. Test ve değerlendirme amaçlı 1 adet numune verilmesi kesinlikle şarttır, numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
13. Teklif edilen ürün için teknik şartnamede bire bir uygunluk istenecek ve orijinal kataloğu üzerinde gösterilmesi istenecektir.
14. Teklif edilen ürünün kutusunda ambar teslim kolaylığı olması nedeni ile barkot numarası olmalıdır. Barkot numarası olmayan ürün teslim alınmayacaktır.
15. Ürünün 1 kutusunda 10 adet bıçak olmalıdır ancak teklif adet olarak verilmelidir.
16. İstekli ÜTS de kayıtlı olmalıdır.
17. Ürün ÜTS de Sağlık Bakanlığınca onaylı olmalıdır.

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN  
M.C.BÜ.Tıp Fakültesi  
Göz Hastalıkları A.D.  
Dip.Tes.No:130161

**BSS 500 ml**

1. BEHER ml'de Sodyum Klorür %0.64, Potasyum klorür %0.075, Kalsiyum klorür %0.048, Magnezyum klorür %0.03, Sodyum asetat %0.39, sodyum sitrat %0.17, pH ayarı için Sodyum hidroksit veya hidroklorik asit içermelidir.
2. Ürün cam şişe içinde olmalıdır. Plastik şişe veya poşet içinde olmamalıdır.
3. Ürün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. UBB barkod numarası ürünün üzerinde yazılı olmalı. Sonradan yapıştırma sticer olmamalıdır.
4. Teslimat tarihinden itibaren en az 30 ay miatlı olmalıdır.
5. Sağlık Bakanlığı UBB VE ÜTS'de kayıtlı olmalıdır.

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN  
M.C.BÜ.Tıp Fakültesi  
Göz Hastalıkları A.D.  
Dip.Tes.No:130161

## SUBRETİNAL KANUL 41 G

1. Ürün tek parça ve disposable olmalıdır.
2. Gövde elden kaymayı engellemek amacı ile tırtıklı olmalıdır.
3. Needle ucu bozulma kırılma ve yamulmaya karşı ileri geri hareket mekanizmalı olmalıdır, bu durum vazgeçilmez bir özelliktir.
4. Subretinal cerrahi uygulamalarda kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır.
5. Needle ucu 41 gauge ve polymide yapıda olmalıdır çap inceldikçe ameliyat başarı oranı arttığından dolayı ve gerek görüldüğü takdirde ven damarına müdahale edebilmek için ürünün 41 g olması vazgeçilmez bir özelliktir.daha farklı çaptaki ürünler kabul edilmeyecektir.
6. Aktif aspirasyon yapabilmelidir.
7. Sağlık Bakanlığı UBB VE ÜTS'de kayıtlı olmalıdır.

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN  
M.C.BÜ.Tıp Fakültesi  
Göz Hastalıkları A.D.  
Dip. Tes. No: 130161

Sıra No	Malın/Hizmetin Adı/Cinsi	Birim ADET (AD)	Miktarı	Mal ID	SUT KODU
1	GÖZ İÇİ DENGELİ TUZ SOLÜSYONU, GLUTATYONSUZ, CAM ŞİŞE, 500CC	AD	500	655	GZ1058
2	ELMAS UÇLU VİTREORETİNAL SÜPÜRÜCÜ	AD	5	37580	GZ1143
3	KRESENT BICAK	AD	50	544	GZ1079
4	41G SUB RETİNAL KANÜL	AD	10	39701	GZ1102

Op.Dr. Mustafa ERDOĞAN  
M.C.BÜ. Tıp Fakültesi  
Göz Hastalıkları A.D.  
Diy./Res. No:130161