AMELİYATHANE TERLİĞİ ŞARTNAMESİ

1. Terlikler tek parça olup %100 copolymer kauçuk bileşiminden üretilmelidir.
2. Ürün tüm yüzeyinde antistatik olmalıdır.
3. Buharlı otoklavda 134 dereceye kadar dayanıklı olmalı ve 90 derecede yıkanabilmelidir
4. Eter, ester, alkaliler, hafif asitler,güçlü asitler ve yağlara karşı dayanıklı olmalıdır.
5. Ürün ultra viole ve gama ışınlarına mukavim olmalıdır.
6. Terlik iç tabanında uzun süre ayakta sabit çalışmak zorunda kalındığında kan dolaşımının hızlanması için terliğin içinde minik kabarcıklar olmalıdır.
7. Ürünün ayna altı bölümünde terlemeyi önleyici direk teması engelleyen tepecikler mevcut olmalıdır.
8. Taban üst kenarında havalanmayı sağlayan karşılıklı delikler olmalıdır.
9. Terlikler üstten dökülen sıvıların(kan,ifrazat gibi sıvıların) deliklerden içeri sızmasını engeller özellikte yukarı konik şeklinde imal edilmiş olmalıdır.
10. İç tabanı ortopedik özellikte olmalıdır.
11. Topuk yastık etkisi yapabilmelidir.
12. Terlik tabanı sert ve kesici cisimlerin ayağa batmasını engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
13. Kuru zeminde ve su kaymaz, terlik altında kaymayı önleyici özel tasarım olmalıdır.
14. Sabit duruşta sağa sola dönmemelidir.
15. Yürürken ayaktan çıkmamalıdır.
16. Terlikler antifungal, antimikrobik ve antibakteriyel ham maddeden üretilmiş olmalıdır, bakteri barındırmamalıdır.
17. Koku yapmamalıdır.
18. Maksimum esnetebilme değeri %870'dir
19. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
20. Anti statik olduğu terlik üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
21. Terlik üzerinde kurumun tercih ettiği isim vb. kabartma şeklinde yazılabilir olmalıdır.
22. Aşınma ve kullanım hataları hariç her türlü imalat ve işçilik hatalarına karşılık garantili olmalıdır.
23. Anti statik ölçüm raporları ibraz edilmelidir.
24. Terliklerin 35-36,37-38,39-40,41-42,43-44,45-46 numaraları mevcut olmalıdır.
25. Sarı renkte olmalıdır.
26. Numune getirilmesi zorunludur ve numuneler yıkanarak hem de otoklava atılarak denenecektir.
27. Belirtilen numaralar dışında ihtiyaç halinde değişim yapılabilmelidir.

Prof. Dr. Ömer TETİK
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Diploma Tescil No: 54017

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.