

C3F8 Gazi Teknik Şartnamesi

1. Gaz oftalmik kullanım amaçlı üretilmiş olmalıdır.
2. Gaz tek doz kullanım amaçlı ve 10 ml'lik özel üretilmiş bag içinde depolanmış olmalı ve paket muhtevasında 0,22 µm filtre takılı 50 cc steril gaz karıştırma enjektörü bulunmalıdır.
3. Ürün tek steril paket içinde bulunmalı, şırınga ucuna takılı hava filtresini özel bir mekanizma ile bastırıldığında gaz şırınga içine dolabilecek şekilde üretilmiş olmalıdır.
4. Ürünün Sağlık Bakanlığı onayı ve UBB Barkod numarası olmalıdır.
5. CE belgesi olmalıdır.
6. UBB ve ÜTS Kaydı Olmalıdır

MANİSA CELAL BAYAR
ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HAFSA SULTAN HASTANESİ
Op.Dr. Muhammed ALTINIŞIK
Göz Hastalıkları
Dip.Tes No:152808

