

**KORONER BİSTÜRİSİ UCU (15 derece 5,0mm bıçak boyunda) TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

1. Bistüri paslanmaz çelikten, taşlamasız keskinleştirme işlemi uygulanarak imal edilmiş olmalıdır.
 2. Bistüri yüzeyi mat olarak cilalanmış olmalıdır.
 3. Bistüri 15 derece açılı ,5 0mm ,0.5 .bıçak boyunda olmalıdır.
 4. Bistüri tekli steril paketlerde tek kullanımlık olmalıdır.
 5. Bistüri saplı olmalıdır.
 6. Bistüri stab modeli olmalıdır.
 7. Bistüri ambalajlarında sterilite metodu ,son kullanım tarihi ,ürün kod numarası, üretici firma imal seri numarası açıkça belirtilmiş olmalıdır.
 8. Ambalajları ,sterilitesini koruyacak şekilde makas veya başka bir alet kullanımı gerektirmeden açılacak yapıda olmalıdır.
 9. Üretim süreci gereksiz doku yırtılmasına veya deformasyonuna yol açmadan kesen bir örnek kenarlı olarak üretilmiş olmalıdır.
 10. Teklif veren firma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi istem yapan kliniğe teslim ederek onay almalıdır.
 11. Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin UBB, Lot numarası, SUT kodu ve barkod numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir
- KV 1376

Prof.Dr. Omer TEKNİK
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı