

ORBİTAL İMPLANT (KÜRE- SFER) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İmplantlar enükleasyon ve eviserasyon ameliyatlarında kullanılabilir küre şeklinde olmalıdır.
2. Akrilikten yapılmış olmalı opak veya saydam olabilir.
3. Çapları 16, 18 ve 20 mm olmalıdır.
4. Yüzeyleri deliksiz , pürüzsüz, ve gözeneksiz olmalı, polimerizasyonu tam olmalıdır.
5. TİTUBB kaydı bulunmalıdır.
6. İhale sırasında numune getirilmesi gerekmektedir.
7. Sağlık Bakanlığı ÜTS kayıt sisteminde olmalıdır.

*İstenilen adetler; 16 mm 5 adet, 18 mm 5 adet ve 20 mm 5 adettir.

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ.Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. No: 130161

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	SUT KODU	MAL ID	TAŞINIR KODU
1	SİLİKON ORBİTA İMPLANT 16 MM	5	adet	GZ1200	47497	
2	SİLİKON ORBİTA İMPLANT 18 MM	5	adet	GZ1200	303	
3	SİLİKON ORBİTA İMPLANT 20 MM	5	adet	GZ1200	YENİ	
			adet			
			adet			
			adet			
			adet			
			adet			
			adet			

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ.Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes.No:130161